

Rutin för patientnära analysverksamhet (PNA) inom Region Kalmar län. Bilaga: Rutiner för utfärdande av behörighetsbevis

Syfte

Beskrivning av rutiner för utfärdande av behörighetsbevis

Berörd verksamhet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, primärvårdsförvaltningen och psykiatriförvaltningen.

Ansvar

Berörda medarbetare inom Region Kalmar län som arbetar med eller ska börja arbeta med patientnära analysverksamhet (PNA) ska följa rutinen.

Rutin

För att få utföra en analys ska det finnas ett daterat behörighetsbevis signerat av laborant och lokalt labansvarig. Labansvarig får sitt behörighetsbevis signerat av PNA-ansvarig på Klinisk kemi.

Innan behörighetsbevis kan utfärdas ska laboranten behärska analysens metodbeskrivning samt kunna utföra analysen praktiskt.

Dessutom ska laboranten vara väl insatt i de rutiner som finns vad avser kontrollrutiner, registrering, godkännande och svarsutlämning via journaldatasystem samt eventuella reservmetoder. Labansvarig ska handleda och bistå under inläringen.

Godkännande

I behörighetsbeviset finns en kolumn för metodbeskrivning respektive kontrollrutiner. Dessa ska laboranten ha kunskap om för att erhålla behörighetsbevis.

Laboranten signerar varje delmoment allt eftersom inläringen fortskrider.

När genomgången är klar och godkänd, skriver labansvarig/PNA-ansvarig datum och signatur i avsedd kolumn.

Metodändringar

Alla ändringar i metodbeskrivning informeras till personalen av labansvarig på till exempel arbetsplatsträff, APT.

När ny metodik införs, exempelvis annat analysinstrument eller helt ny analysprincip, stryks den gamla metoden på behörighetsbeviset och ny behörighet skrivs.

För mindre ändringar ska varje berörd laborant skriva metodändring i kolumnen ”Anteckning” på behörighetsbeviset samt datum och signatur efter att ha läst ändringen i metodbeskrivningen.

Förvaring och giltighet

Varje persons aktuella behörighetsbevis förvaras i uppmärkt pärm.

Behörighetsbeviset revideras när laboranten varit ledig från verksamheten mer än 6 månader eller vid behov av annan anledning.

Utgångna behörighetsbevis sparas i 4 år.

Relaterade dokument

Rutin för patientnära analysverksamhet (PNA) inom Region Kalmar län Dok-id: 215851

Ändringshistorik

Datum	Ändring	Utförd av
2024-10-08	Ny mall. Lag till: Utgångna behörighetsbevis sparas i 4 år.	Jelena Kulander, Matilda Månsson